

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

- Το καταγραφικό σύστημα θα πρέπει να είναι αυτόνομο, να λειτουργεί και να καταγράφει όλο το 24ώρο τις θερμοκρασίες ανάλογα με τον ρυθμό καταγραφής που έχει ορίσει ο χρήστης.
- Να διαθέτει εσωτερική μνήμη. Τα αρχεία καταγραφών και συμβάντων θα πρέπει να είναι αδιάβλητα.
- Θα πρέπει να μπορεί να καταγράφει συμβάντα υπέρβασης ορίων.
- Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία που θα του δίνει τη δυνατότητα να καταγράφει και να ειδοποιεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Να διαθέτει θύρες επικοινωνίας USB, ETHERNET.
- Να παραδίδει συμβάντα συναγερμών που αφορούν τις θερμοκρασίες και το δίκτυο ρεύματος με φωνητική κλήση σε τουλάχιστον 3 διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς (σταθερά ή/και κινητά).
- Κατά την κλήση θα πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή του προβλήματος που έχει προκύψει (παράγοντας, θερμοκρασία, διάρκεια).
- Το καταγραφικό θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με Η/Υ με το κατάλληλο λογισμικό στα Ελληνικά ώστε να δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης και εκτύπωσης του αρχείου καταγραφών σε μορφή λίστας και γραφήματος καθώς και του αρχείου συμβάντων.
- Θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση 2 ετών.