



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

www.eopyy.gov.gr

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού
Χρήσεως
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 – 15123 Μαρούσι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-8110769
FAX: 210-8110772
E-mail: knikitakis@eopyy.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2013

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Έγχρωμου Υπερηχογράφου Γενικής Χρήσης»

Ο ΕΟΠΥΥ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. Α 19/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. Αριθμ. Φύλλου 266/4-12-1996) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
2. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογ/κού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496 της 17/19-7-1974 «Περί Λογιστικού Ελέγχου των Ν.Π.Δ.Δ.»(Α' 204)
4. Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. Αριθμ. Φύλλου 150/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
5. Τις διατάξεις του Ν. 3918/11, άρθρο 17 "Σύσταση ΕΟΠΥΥ"
6. Την υπ' αριθ. 742/141/17-10-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ

Προκηρύσσει

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «Ενός Έγχρωμου Υπερηχογράφου Γενικής Χρήσης για τα Πολυϊατρεία της ΝΜΥ Πειραιά», προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι Είκοσι Έξι χιλιάδων (26.000,00€) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα Α' που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

- i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
- ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση

iii. αποδέχονται τους όρους της Διακήρυξης και όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά δικαιολογητικά εκπροσώπησης.

*Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, δηλαδή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια ημέρα, σε διαφορετική περίπτωση η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην αρμόδια αρχή. Η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής **δύνανται να είναι προγενέστερη** της ημερομηνίας υπογραφής που θα φέρει η Υπεύθυνη δήλωση, αλλά όχι για χρόνο μεγαλύτερο των 5 ημερών.*

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα παραδοθούν το αργότερο μέχρι **21.11.2013 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 14.00 π.μ., στον ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, 4ος όροφος, Μαρούσι, στο πρωτόκολλο, τηλ. (τμ. Προμηθειών) 210-8110769, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει **22.11.2013 ημέρα Παρασκευή** και ώρα 10.00 π.μ., στον ΕΟΠΥΥ, Απ. Παύλου 12, 3ος όροφος, Μαρούσι, Τμ Προμηθειών.

Η προσφορές θα φέρουν την ένδειξη «Προσφορά για την Προμήθεια Έγχρωμου Υπερηχογράφου Γενικής Χρήσης για τα Πολυϊατρεία της ΝΜΥ Πειραιά» και η ισχύς τους ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.

Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς :

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι :

ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, 4ος όροφος, Μαρούσι

γ) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται :

A. Υποφάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στον οποίο θα εσωκλείονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης διακήρυξης. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή, παράγραφο προς παράγραφο, ακολουθώντας αυστηρά την σειρά των παραγράφων των προδιαγραφών, μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί το ίδιο το σώμα του Παραρτήματος Α, υπογεγραμμένο, ώστε να προκύπτει ότι καλύπτονται οι αναφερόμενες σε αυτό προδιαγραφές.

B. Υποφάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στον οποίο θα εσωκλείονται τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Επισημαίνεται ότι στην Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος και σε περίπτωση εταιρείας να αποδεικνύεται με τα απαραίτητα έγγραφα ότι ο υπογράφων εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει επί της συνολικής προσφερόμενης τιμής η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη μεταφορά των ειδών.

Η τιμή θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα στην οικονομική προσφορά και θα πρέπει να περιλαμβάνει **διετή** εγγύηση καλής λειτουργίας, με δωρεάν service και ανταλλακτικά, εκτός των αναλωσίμων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν, υπέρ τρίτων, κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α, επί τοις % στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η τιμή της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του Προμηθευτή, πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει, βάση της τιμής της προσφοράς του.

Είναι δυνατή η κατακύρωση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγονται τα είδη που θα παρέχει, βαρύνει το ΕΟΠΥΥ.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος προτίθεται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό και έχει λάβει γνώση της διακήρυξης από το διαδίκτυο, πρέπει να γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του στο τμήμα προμηθειών του ΕΟΠΥΥ, ώστε να ειδοποιηθεί εγκαίρως για τυχόν αλλαγές στη διακήρυξη. Σε διαφορετική περίπτωση, το ΕΟΠΥΥ δε φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένες προσφορές που οφείλονται σε τροποποιήσεις των όρων του διαγωνισμού.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την κατακύρωση της προμήθειας και για πληρωτέα ποσά άνω των 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., θα προσέλθετε κατόπιν συνεννοήσεως, εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, με δελτίο αποστολής στην ΝΜΥ Πειραιά και πάντα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως πριν την ημερομηνία παράδοσης με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Στην περίπτωση που για την παράδοση των ειδών χρησιμοποιηθεί μεταφορική εταιρεία πρέπει να γνωστοποιήσετε στον αρμόδιο υπάλληλο, τα στοιχεία της (επωνυμία εταιρείας, τηλέφωνο επικοινωνίας και όνομα υπευθύνου).

Σε περίπτωση που η οικεία επιτροπή παραλαβής απορρίψει τα προσκομιζόμενα είδη, ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους με δικές του δαπάνες.

Εάν τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 προβλέπεται παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) επί του αντιτίμου των παρεχομένων υπηρεσιών υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (επί της παρακράτησης αυτής υπολογίζεται και χαρτόσημο υπέρ Ο.Γ.Α. 2,4%, δηλαδή: $3\% + (3\% \times 2,4\% = 3 \text{ από } 6$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχογράφος θα πρέπει να είναι πρόσφατης, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης (digital beamformer). Πρέπει να είναι μικρού όγκου και βάρους για ενδεχόμενη μετακίνησή.
2. Να είναι κατάλληλος για εξετάσεις στις ακόλουθες ειδικότητες;
 - Ακτινολογία,
 - Αγγειολογία,
 - Μικρά και επιφανειακά όργανα, αδένες,
 - Καρδιολογία,
 - Γυναικολογία, Μαιευτική, Ουρολογία,
 - Παιδιατρική, Μυοσκελετικό.
3. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης: B-mode, M-mode, παλμικού Doppler (PW), εγχρώμου Doppler (CFM), συνεχούς και κατευθυνόμενου Doppler (CW), Power Doppler / Energy Doppler / (colour Angio και συνδυασμούς αυτών.
4. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης συνδυασμού εικόνας B-mode,, παλμικού Doppler, και εγχρώμου Doppler (real time triplex).
5. Να διαθέτει τεχνική απεικόνισης της 2^η αρμονικής συχνότητας με την οποία να λειτουργούν όλες οι ηχοβόλες κεφαλές.
6. Να λειτουργεί με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές Linear, convex, microconvex & sector phased array συχνοτήτων λειτουργίας από 2_0 MHz και άνω "οι μέχρι 12.0 MHz, οι οποίες να λειτουργούν με την τεχνική της 2ης αρμονικής.
7. .Να διαθέτει σύγχρονη οθόνη υψηλής ευκρίνειας τεχνολογίας LCD 15" τουλάχιστον καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισμού, με τουλάχιστον 8 συρόμενα πλήκτρα ρύθμισης της χρονικά αντισταμιζόμενης ενίσχυσης των ήχων.
8. Να διαθέτει τρεις θύρες για σύνδεση 3 ενεργών κεφαλών για απεικόνιση B-mode/Color Doppler/PW Doppler.
9. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης έως και 30 εκατοστά τουλάχιστον.
10. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης υψηλού δυναμικού εύρους 170 db τουλάχιστον με δυνατότητα ρύθμισής του από τον χρήστη. Να αναφερθούν τα επίπεδα ρύθμισης και να απεικονίζονται κατά την χρήση.
11. Να έχει ανανέωση της εικόνας, με δυνατότητα μέγιστης λήψης τουλάχιστον 600 εικόνες / δευτερόλεπτο.
12. Να διαθέτει Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς ασπρόμαυρων και εγχρώμων εικόνων τουλάχιστον 3000 εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών M-Mode και Doppler, χωρίς να καταλαμβάνει χώρο από την μνήμη του σκληρού δίσκου του συστήματος.
13. Να διαθέτει τεχνική αύξησης του πεδίου απεικόνισης στις κεφαλές γραμμικής σάρωσης.
14. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, με δωρεάν service και ανταλλακτικά, εκτός των αναλωσίμων. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας συντήρησης βλαβών που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους Υπεύθυνους των Υπηρεσιών και τον τεχνικό της αναδόχου.
15. Τα ανταλλακτικά θα βρίσκονται σε άμεση παράδοση τουλάχιστον για μια δεκαετία και θα παραδίδονται το αργότερο εντός 30 ημερών σε περίπτωση εισαγωγής τους.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούμενα απαιτούμενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά,
2. Ηχοβόλος κεφαλή Convex ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας από 2.0 - 5.0 M HZ., για εξετάσεις οργάνων άνω-κάτω κοιλίας.
3. Ηχοβόλος κεφαλή Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας από 4.0 - 12.0 MHZ, για απεικόνιση περιφερικών και εν τω βάθει. αγγείων και επιφανειακών οργάνων.
4. Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased array ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας από 2.0 - 4.0 MHZ, για καρδιολογικές εξετάσεις.
5. Έγχρωμος εκτυπωτής A4 (Ασπρόμαυρος θερμογραφικός εκτυπωτής)